

作成日 令和8年4月10日

令和 8 年度 施行

## 人工透析機器保守点検委託

(公立芽室病院事務局総務係)

公示用

## 人工透析機器保守点検委託

項目	単価	数量	単位	金額	備考
透析機器保守					
DAB-Si交換部品		1	式		
DAD-70Si交換部品		1	式		
微粒子除去フィルタ×2本 ET-2F		1	式		
DBB-100NX交換部品×2台		1	式		
DCS-200Si交換部品×8台		1	式		
作業工賃		1	式		
交通宿泊費		1	式		
諸経費		1	式		
透析用水作成装置保守 RO装置MXR751-M-10+U1Z1J					
原水タンク フロートスイッチ		3	個		
原水タンク ボールタップ		1	個		
圧力スイッチ		1	個		
原水モーターバルブ		1	個		
給湯モーターバルブ		1	個		
RO循環水流量センサー		1	個		
給湯流量センター		1	個		
原水ポンプ用電磁開閉器		1	個		
ROポンプ用電磁接触器		1	個		
UVランプ		1	個		
エアーフィルター		1	個		
10μ フィルター		6	個		
カーボンフィルター		9	個		
透析用水化学的物質		1	式		
廃材処分料		1	式		
定期点検費		2	回		
交換作業費		1	回		
交通費		2	回		
宿泊費		2	回		
諸経費		1	式		
小計					
再計					
消費税 10%					
合計					

## 人工透析機器保守点検委託 仕様書

1	透析機器保守	数量
(1)	DAB-Si交換部品	1 式
(2)	DAD-70Si交換部品	1 式
(3)	微粒子除去フィルタ×2本 ET-2F	1 式
(4)	DBB-100NX交換部品×2台	1 式
(5)	DCS-200Si交換部品×8台	1 式
(6)	作業工賃	1 式
(7)	交通宿泊費	1 式
(8)	諸経費	1 式

2	透析用水作成装置保守 RO装置MXR751-M-10+U1Z1J	数量
(1)	原水タンク フロートスイッチ	3 個
(2)	原水タンク ボールタップ	1 個
(3)	圧力スイッチ	1 個
(4)	原水モーターバルブ	1 個
(5)	給湯モーターバルブ	1 個
(6)	RO循環水流量センサー	1 個
(7)	給湯流量センサー	1 個
(8)	原水ポンプ用電磁開閉器	1 個
(9)	ROポンプ用電磁接触器	1 個
(10)	UVランプ	1 個
(11)	エアーフィルター	1 個
(12)	10 $\mu$ フィルター	6 個
(13)	カーボンフィルター	9 個
(14)	透析用水化学的物質	1 式
(15)	廃材処分料	1 式
(16)	定期点検費	2 回
(17)	交換作業費	1 回
(18)	交通費	2 回
(19)	宿泊費	2 回
(20)	諸経費	1 式